

Ryn, 09.04.2024 r.

GMINA RYN  
Ul. Ratuszowa 2  
11-520 Ryn

Znak: ZP.271.11.2024

## WSZYSCY OFERENCI

### Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania pn.:

„Zakup 3 sztuk defibrylatorów zewnętrznych (AED) oraz zakup 3 fantomów”

1. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu „wymiana elektrod nie może powodować konieczności wymiany baterii.”  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia przeprowadzającego cotygodniowe autotesty, z gwarancją wykrywania usterki natychmiastowo.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie baterii zapewniającej nie mniej niż 100 wyładowań maksymalną energią.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
4. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu „defibrylator podaje sekwencje wykonywania 30 uciśnień oraz 2 wdechów ratowniczych”.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
5. Czy z uwagi na to, że wraz urządzeniem będzie dostarczany klucz pediatryczny powyższy zapis należy rozumieć tak, że zamawiający wymaga, aby w zestawie znajdowały się w sumie dwie pary elektrod uniwersalnych (jedna standardowa + jedna dodatkowa)?  
**Odpowiedź: W związku z tym, że dostarczony ma być klucz pediatryczny to uniwersalna jedna para elektrod.**

BURMISTRZ  
  
Jarosław Filipek